FICHE TECHNIQUE

FILTRES SILICONE

SECURITE : **Conformité CE N° 1907/2006 (REACH) article 31**

BUT : **Homogénéiser les masses musculaires**

INTERET : **L'absorption idéale, deux fois celle du muscle permet de limiter l'épaisseur de silicone**

MODELES :
- **Jeu de 5 formes pour angiographie des membres inférieurs**
- **« VIRGULE » pour radiographie des épaules et genoux**
- **« PAN INCLINE » pour extrémités (mains/pieds)**
- **autres modèles sur demande**

MATIERE : **Silicone, doux au contact de la peau, incassable, couleur blanche**
Densité 1,1 – dureté : 28 SHORE A – dégazage sous vide

RESISTANCE :
- **résistance au déchirement : 20 KN/m**
- **chaleur : 180°C**
- **désinfection : tous désinfectants classiques (mais bien rincer à l'eau claire)**
- **autoclavables**

OPTIONS possibles **Couleur pastel (bleu ou vert) : SUR DEMANDE**
Toute forme spécifique sur mesure
(Nous consulter avec schéma coté pour vérification de la possibilité)

INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES **: biologiquement neutre, aucun effet au contact de la peau**

2 Hameau de Laval – 77520 DONNEMARIE-DONTILLY
Tél. 01.64.01.91.99 – Télécopie 01.60.52.04.57 – Courriel : sas2lks@orange.fr
SIRET 799 374 772 00025 – APE 4646Z 6 N°TVA Intracommunautaire FR21799374772